

Circular Informativa

N.º 083/CD/8.1.7.

Data: 08/04/2014

Assunto: **Recolha de lotes do compósito dentário - Compoglass F**

Para: Hospitais e Clínicas, Centros de Saúde, ARS, Ordens e Associações Profissionais


Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi detetado que, alguns lotes, do dispositivo médico **Compoglass F** (compósito utilizado em amálgamas dentárias) do fabricante **Ivoclar Vivadent**, não cumpriam com as especificações do fabricante no que respeita à cura do material.

Consequentemente, a Autoridade Competente do Liechtenstein determinou a recolha dos lotes S09397, S12098, S51722, S52483 do dispositivo médico **Compoglass F**.

Em Portugal, não existe registo da comercialização dos lotes em causa deste dispositivo mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que se for detetada a existência de algum dos lotes afetados, as entidades entrem em contacto com o respetivo distribuidor para proceder à sua devolução.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo