

## Circular Informativa

N.º 215/CD/8.1.7.



Data: 23/09/2013

Assunto: **Contrafação da Turbina Alegre do fabricante W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

Na sequência de ter sido detetada, nos mercados saudita, libanês e egípcio, a existência de **Turbinas Alegre (modelo TE-95 RM)** contrafeitos, do fabricante **W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**, o Infarmed alerta para as diferenças entre os dois produtos, tal como descritas pelo fabricante:

	<b>Turbina Alegre TE-95 RM (original)</b>	<b>Turbina Alegre TE-95 RM (contrafeito)</b>
<b>Cabeça da Turbina</b>		


Rotulagem		
		
	Vários números de série.	Número de série 101483.

Face ao exposto, o Infarmed informa o seguinte:

- Apesar deste dispositivo ter sido comercializado no nosso país, não existe evidência da comercialização de produtos contrafeitos no mercado português;
- No entanto, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, os profissionais de saúde que detetem a existência das referidas turbinas contrafeitas, não as utilizem e informem a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

Conforme habitual, o Infarmed continuará a acompanhar e a divulgar todas as informações pertinentes relativas a esta matéria.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do Conselho Diretivo